

Spett.le
Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
Cannizzaro
Via Messina, 829
Catania

All'attenzione del
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Salvatore Torrisi

c.a. dott.ssa Letizia Santonocito

Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento pluriennale di un servizio di gestione delle prestazioni diagnostiche PET/CT e ciclotrone e produzione radiofarmaco. CIG 6565188486

RICHIESTA CHIARIMENTI

FORMULA

la presente richiesta di chiarimenti:

- 1) Dall'elenco delle apparecchiature soggette alla copertura full risk pubblicato nei chiarimenti (chiarimenti 1.1.1 - Quesito n. 1 Elenco Ulteriori Apparecchiature in Manutenzione) non vengono indicate le due gamma camere. Si chiede di confermare che le 2 gamma camere in dotazione al reparto sono escluse dalla manutenzione full risk a carico dell'aggiudicataria.
- 2) Per poter formulare un'offerta adeguata e trasparente si chiede la planimetria completa dell'intero reparto di Medicina Nucleare, comprendente tutta l'area diagnostica e tutta l'area produzione.
- 3) Al fine di poter stimare l'entità dei costi di manutenzione si chiede una descrizione dettagliata degli impianti di servizio: elettrico, trattamento aria, gas, antincendio, raffreddamento ciclotrone, sistema smaltimento reflui, con indicazione della marca, modello, anno di installazione e numero delle principali apparecchiature (UTA, Chiller,...).
- 4) Nei chiarimenti pubblicati (Chiarimenti 1.1.3. - Quesito n. 9 allegati. 2) sono stati forniti i dettagli di progetto della PET Discovery 690 installata nel 2010. Si richiede analoga documentazione della PET Gemini installata nel 2007 e da sostituire subito nella prima fase.

5) si chiede descrizione di dettaglio degli impianti di monitoraggio e allarmi: ambientale, accessi, radioattività ecc.

6) Si richiede se sono previsti eventuali adeguamenti per rilascio CPI e Accreditamento SSR e se sì, in quale fase dell'appalto.

7) Si richiede di specificare quali integrazioni di apparecchiature di media/alta tecnologia sono da prevedere nella seconda fase dell'appalto.

8) L'avviso di precisazione su significato termine utilizzato - *Top di Mercato*, riporta che la ditta aggiudicataria dovrà ottenere necessariamente ed obbligatoriamente "nulla osta alla installazione" dell'apparecchio offerto da parte del Direttore della UOC di Medicina Nucleare. Il nulla osta consisterà nel riscontro della composizione finale e dell'effettivo possesso delle caratteristiche di minima sottoelencate da parte della apparecchiatura offerta dalla ditta aggiudicataria. Considerato che la gara è aggiudicata al miglior prezzo, e non vi è una valutazione qualitativa cosa succede nel caso in cui non si dovesse ricevere riscontro positivo dal Direttore della UOC di Medicina Nucleare in merito all'apparecchio offerto, post aggiudicazione?

Certi dell'attenzione riservata, in attesa di vostro gradito e sollecito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti